



Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ul. Lompy 19
40 - 038 Katowice

tel. 32 200 2050

www.slaska.policja.gov.pl
zamowienia@ka.policja.gov.pl

Katowice, 30.04.2019r.

ZP-2380-49-7/678/2019

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawa 32 sztuk defibrylatorów wraz z ukończeniem z przeznaczeniem dla KMP/KPP garnizonu śląskiego realizowane z funduszu prewencyjnego PZU”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp informuje, że do postępowania wpłynęło następujące zapytanie :

Odpowiedź na pytanie z dnia 29.04.2019 r.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zmieni wymaganie dotyczące defibrylatora z wersji automatycznej na defibrylator z półautomatycznym trybem pracy?

Uzasadnienie:

Przewaga w stosowaniu półautomatycznego (semiautomatic) defibrylatora AED jest przede wszystkim w bezpieczeństwie użycia. To użytkownik do ostatniej chwili przed wciśnięciem przycisku defibrylacyjnego ma jeszcze czas na dokonanie kontroli np.: czy nikt nie dotyka pacjenta. W przypadku, gdy użytkownik ma wątpliwości czy należy wcisnąć przycisk zwalniający na defibrylację, zostaje on ponownie poinformowany przez defibrylator o konieczności wykonania tej czynności. Często nie jest zrozumiałe czym różni się półautomatyczny (semi-automatic) AED od w pełni automatycznego (fully-automatic) i jest często mylone ze słowem „Automated” – zautomatyzowany. Każdy defibrylator AED (Automated External Defibrillator) na rynku jest zautomatyzowany, czyli to AED decyduje o tym, czy uszkodzony wymaga defibrylacji – w odróżnieniu od defibrylatorów manualnych stosowanych z ZRM (ambulans).

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie sugerujemy wybór półautomatycznej wersji zautomatyzowanego defibrylatora AED ponieważ:

- Jest to bezpieczniejsze urządzenie w użyciu, użytkownik ma ostateczną kontrolę nad wyzwoleniem impulsu.
- Defibrylatory AED półautomatyczne są bardziej popularne, większość szkoleń jest przeprowadzana z wykorzystaniem tego typu AED zgodnie z wytycznymi ERC. Użycie automatycznych (full-automatic) AED wymaga dodatkowych specjalistycznych szkoleń dla użytkowników.
- Jest zdecydowanie popularniejszy (nie znamy projektów w PL z defibrylatorami full-automatic dostępnymi dla wszystkich). Rekomendacja ERC do użytkowania takiej wersji AED w projektach publicznych czy AED ogólnodostępnych.
- Zamawiający posiada już na stanie defibrylatory AED (semi-automatic) półautomatyczne – zachowanie jedności szkoleń i obsługi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymagań

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert.

wyk. w 1 egz. ED/EZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego