

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1

Producent /Firma:.....

Typ aparatu:.....

Wersja konstrukcji z roku:.....

Rok produkcji:.....

lp.	Parametry	2	3	4	5	6	7	8	9
		tak/nie	oferowane parametry	jednostka miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	gwarancja	
1	Generator wodoru wyposażony we własny dotykowy panel sterowania								
2	Czystość standardowa wodoru 99,9999%								
3	Wydajność min.500mlH ₂ /min								
4	Cisnienie wyjściowe w zakresie 1-10 bar Z zakresem pracy w temperaturze od +10°C do +35°C								
5	Zasilanie 230V/50-60 HZ								
6	W wyposażeniu wkład dejonizacyjny wystarczający na min 6 m-cy pracy								
7	Dostawa aparatu do użytkownika wraz z instrukcją obsługi w j. polskim			szt.	2				
8	Instalacja urządzenia (podłączenie 4 (2x2) chromatografów gazowych będących w laboratorium do istniejącej już instalacji przesylowej wodoru.*								
9	Potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami, certyfikatami przeszkolenie w laboratorium użytkownika wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi aparatu (2-5 osób)								
10	Gwarancję od dnia uruchomienia (potwierdzonym w „ Protokole odbioru ilościowo-jakościowym” aparatu nie krótszą niż 12-miesiący								
11	Dodatkowe wymienne wkłady dejonizujące 4szt. wystarczające każda sztuka na 6- miesięcy ciągłej pracy			szt.	8				
12									

Łączna wartość brutto: wartość netto + podatek VAT (....%):

* W Przypadku konieczności zainstalowania nowej linii przesylowej wodoru wymagane będzie ok. 10M przewodów wraz ze złączkami do każdego aparatu (4 aparaty). Koszty te należy uwzględnić w pkt 9przedmiotu zamówienia.

(pieczęć i podpis Wykonawcy)