

ZP-2380-361-84/3093/2017

Katowice dnia 20.09.2017 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup i dostawa: 1 szt. - Chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS w komplecie ze spektrometrem podczerwieni (FTIR); 22 szt. - Podręczny analizator Ramanowski do identyfikacji narkotyków; 3 szt. - Przenośny Analizator Ramana do identyfikacji substancji chemicznych i mieszanin – z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Opolu i Wrocławiu**” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga, by źródło z jonizacją elektronami (EI) posiadało dwa tzw. filamenty. Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie z jednym filamentem typu Marathon, o przedłużonej żywotności, dłuższej niż dwa typowe filamenty o jakich pisze Zamawiający, które jest rozwiązaniem nowszym i bardziej zaawansowanym technicznie, ponadto źródło takie zbudowane jest w łatwo rozbieralnej konstrukcji „smart source” i nie wymaga użycia żadnych narzędzi??

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody aby urządzenie GCMS posiadało jeden filament w źródle jonów. Wymóg, by źródło z jonizacją elektronami (EI) posiadało dwa tzw. filamenty wynika ze specyfikacji pracy Laboratorium Kryminalistycznego KWP.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający uzna za równoważny spektrometr FTIR wyższej klasy od wymaganego (o zakresie 8300-350 cm⁻¹, dokładności liczby falowej 0,1 cm⁻¹, stosunku sygnału do szumu ok. 20000:1 z jednego skanu i co najmniej 50000:1 po 1 minucie, możliwość połączenia z mikroskopem IR, gwarancja 3 lat pracy bez wymiany osuszacza), nieznacznie różniące się parametrami w celu optymalizacji jakości pomiaru (interferometr 35° – niewrażliwy na drgania(!) i o zmniejszonych efektach polaryzacji światła, ATR o masie 3 kg – z optyką pokrytą złotem dla zmniejszenia siły sygnału oraz cyfrowym czujnikiem siły docisku dla zwiększenia powtarzalności pomiaru i ochrony kryształu przed uszkodzeniem)?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż uzna za równoważny spektrometr FTIR o wskazanych w pytaniu parametrach, w związku z powyższym modyfikacji ulega załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1.





PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej ww. postępowania w zakresie załącznika nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1. Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice



Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 pn. „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska