

ZP-2380-361-84/3354/2017

Katowice dnia 03.10.2017 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup i dostawa: 1 szt. - Chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS w komplecie ze spektrometrem podczerwieni (FTIR); 22 szt. - Podręczny analizator Ramanowski do identyfikacji narkotyków; 3 szt. - Przenośny Analizator Ramana do identyfikacji substancji chemicznych i mieszanin – z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Opolu i Wrocławiu**” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące specyfikacji technicznej:

Pytanie nr 1: Dotyczy załącznika nr 3 SIWZ - podręczny analizator ramanowski do identyfikacji narkotyków „Zamawiający wymaga, aby w bibliotece analizatora znalazły się wszystkie substancje wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 roku. Czy zamawiający dopuści analizator nie posiadający w bazie kilku substancji z listy? Są to następujące substancje:

- 5F-ADB - brak wzorca certyfikowanego
- PV8 - widmo słabej jakości, nie rekomendowane
- 2-CMC, 4-EEC, 4-Me-MAPB, 4-metylo-N,N-DMC, NM-2201 nie znajdują się w obecnej wersji biblioteki, natomiast są wskazane do kolejnej aktualizacji.”

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że dopuści aby analizator posiadał w bazie widm wszystkie substancje wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. za wyjątkiem kilku z nich tj. 5F-ADB; PV8 oraz 2-CMC; 4-EEC; izomerów podstawieniowych Me-MAPB; 4-metylo-N,N-DMC i NM-2201.

Pytanie nr 2: Dotyczy załącznika nr 3 SIWZ - przenośny analizator Ramana do identyfikacji substancji chemicznych i mieszanin. „Czy Zamawiający dopuści analizator z regulowaną mocą lasera w trzech zakresach 75 mW, 150 mW i 250mW?”

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, że dopuści aby analizator z Zadania nr 3 posiadał regulowaną moc lasera w zakresie od 75 mW do 250 mW w minimum trzech krokach.





PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Pytanie nr 3: Poniżej zapytanie dot. sprawy ZP-2380361-84/2017 Zadanie nr 1 – Chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS w komplecie ze spektrometrem podczerwieni (FTIR): 1. Czy Zamawiający dopuści bibliotekę Designer Drugs 2015?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że nie dopuści biblioteki Designer Drugs 2015, jednocześnie Zamawiający dopuści bibliotekę Designer Drugs 2016.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych **modyfikuje zapisy** dokumentacji przetargowej ww. postępowania w zakresie **załącznika nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadań nr 2 i nr 3**.

Zmodyfikowane dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice



Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 pn. „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska