

Egz. Pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę analizatora genetycznego (aparatu do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną oraz analizy ich długości) wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oraz świadczeniem serwisu w okresie gwarancji z przeznaczeniem dla LK KWP Katowice wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 9.

We wzorze umowy Zamawiający zapisał:

„Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego towaru i jego wymiany na wolny od wad w ciągu 30 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia, że dostarczony towar jest wadliwy. Po upływie terminu strony zgodnie ustalają, że reklamacja została uznana i Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego towaru i jego wymiany na wolny od wad w ciągu 30 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia, że dostarczony towar jest wadliwy. Po upływie terminu strony zgodnie ustalają, że reklamacja została uznana i Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy. Poprzez wadę ukrytą strony rozumieją niezgodność pracy towaru zgodnie ze specyfikacją umowy”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 2: Dotyczy rozdziału II SIWZ.

Zamawiający zapisał: „Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do dnia 15.12.2017 r.”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do dnia 15.12.2017 r. o ile do podpisania umowy dojdzie do 06 listopada 2017r”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż przedmiotem postępowania jest aparatura która jest produkowana i magazynowana poza granicami kraju. Aby Wykonawca mógł ocenić prawidłowo czy jest w stanie podobać warunkom Zamawiającego musi wiedzieć w jakich ramach czasowych będzie się poruszał. Chcielibyśmy podkreślić, iż proces logistyczny oraz etap instalacji sprzętu nie jest procesem jednodniowym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 3: 1. Dotyczy rozdziału I SIWZ, ustęp 9 oraz wzoru umowy, §4, ustęp 6.

We wzorze umowy Zamawiający zapisał:

„Usunięcie usterki nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 72 godzin od dnia powiadomienia o wystąpieniu usterki.”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „Usunięcie usterki nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia o wystąpieniu usterki.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż przedmiotem postępowania jest aparatura wysoce zaawansowana technologicznie. Sprzęt który chcielibyśmy zaoferować jest produkowany i magazynowany poza granicami kraju. W przypadku ewentualnej awarii części zamienne sprowadzane są z magazynu centralnego znajdującego się w Holandii po wcześniejszej wizycie inżyniera serwisowego. Wykonawca oferując warunki serwisu musi uwzględnić cały proces

w którego skład wchodzi: aspekt logistyczny - sprowadzania części; proces naprawy sprzętu (ewentualna konieczność więcej niż jednokrotnej wizyty serwisu), dojazd serwisu do Zamawiającego. Wymóg naprawy aparatu w ciągu 72h jest niemożliwy do spełnienia. Z tego typu kryteriami spotykamy się w przypadku aparatury medycznej służącej do ratowania życia. Chcielibyśmy jednak zauważyć, iż zapewnienie serwisu na podobnym poziomie jak w przypadku aparatury medycznej spowodowałoby znaczne podwyższenie kosztów samego aparatu - tak jak to mamy do czynienia w przypadku aparatury medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy. Zmiany zaznaczono kursywą i wytłuszczono.

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają poniższe terminy:

- termin składania ofert;
- termin otwarcia ofert.

| TERMIN | PIERWOTNY TERMIN | NOWY TERMIN |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Termin składania ofert | 02.11.2017r. godzina 12:00 | 06.11.2017r. godzina 12:00 |
| Termin otwarcia ofert | 02.11.2017r. godzina 12:30 | 06.11.2017r. godzina 12:30 |

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – modyfikacja w rozdziale I pkt. 9 i rozdziale IV pkt. 9;
- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy modyfikacja – modyfikacja w pkt. 5;
- Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy modyfikacja – modyfikacja w par. 4 ust. 6.